

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA
ul. Kańsko 1
78-520 Złocieniec
tel./fax 0-94-36-71-222

Złocieniec, 16 marzec 2011 roku.

Ko. Ksk. /2011

ACCURO-SUMER SP. Z O.O.
01-217 Warszawa
ul. Kolejowa 15/17

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr 1/2011 w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę aparatury do laseroterapii biostymulacyjnej*

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

W odpowiedzi na przesłane zapytania przez ACCURO-SUMER SP. Z O.O. Warszawa w dniu 15 marca 2011 roku. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę aparatury do laseroterapii biostymulacyjnej** Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocińcu udziela odpowiedzi:

1. Zamawiający dopuszcza aparat do laseroterapii biostymulacyjnej wyposażony w sondę punktową R 50 mW.
2. Zamawiający dopuszcza aparat do laseroterapii biostymulacyjnej z zakresem częstotliwości 1 – 10.000 Hz.

Aparat musi posiadać regulację wypełnienia w trybie impulsowym oraz oddzielne programy dla częstotliwości Nogiera i Volla.