

Ko. Ksk. /2008

do wszystkich Oferentów

***Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr 5/2008 w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wielofunkcyjnych***

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

W odpowiedzi na przesłane zapytania przez AxMediTec spółka z o.o. w Białymstoku w dniu 25.07.2008r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę łóżek rehabilitacyjnych wielofunkcyjnych** Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieniu (zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych), udziela odpowiedzi:

Łóżka do intensywnej opieki medycznej z elektryczną regulacją wysokości z dodatkowym wyposażeniem:

1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o szerokości całkowitej łącznie z barierkami bocznymi od 880 do 980 mm, dopuszcza się szerokość całkowitą łącznie z barierkami bocznymi max. 1015 mm pod warunkiem łatwego demontażu barierek a szerokość uzyskana po demontażu barierek wyniesie max. 980 mm.
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 420 – 780 mm.
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z elektryczną regulacją oparcia pleców do 68°.
4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z ręczną regulacją segmentu uda za pomocą sprężyny gazowej do 28°.
5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka ze składanymi metalowymi barierkami bocznymi pokrytymi lakierem proszkowym odpornym na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne (dezynfekcja), promieniowanie UV.

6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z łatwo demontowanymi plastikowymi, odpornymi na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne (dezynfekcja), promieniowanie UV szczytami w kolorze beżu.

Szafka przyłóżkowa.

1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki o wysokości 900 mm z blatem 570x370 mm.
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki z regulacją wysokości blatu w zakresie 770-1140 mm.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

W załączeniu

1. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia