

Ko. Ksk. .... /2008

**do wszystkich Oferentów**

***Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
nr 5/2008 w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wielofunkcyjnych***

## **ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA**

W odpowiedzi na przesłane zapytania przez Żywiecką Fabrykę Sprzętu Szpitalnego w Żywcu w dniu 31.07.2008r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę łóżek rehabilitacyjnych wielofunkcyjnych** Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocińcu (zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych), udziela odpowiedzi:

**Łóżka do intensywnej opieki medycznej z elektryczną regulacją wysokości z dodatkowym wyposażeniem:**

1. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne bez sygnalizacji włączenia do sieci.
2. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne bez szybkiego poziomowania pozycji oparcia pleców i uda, funkcja CPR.
3. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne bez dodatkowej wysuwanej półki na pościel.
4. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne z krążkami odbojowymi bez bocznych listew odbojowych.
5. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne, które nie posiada funkcji jazdy na wprost.
6. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne wielofunkcyjne z trzema ruchomymi segmentami leża wypełnionymi metalową siatką, która umieszczona jest na stałe

W związku z powyższym dokonano następujących czynności:

1. Poprawiono „Szczegółowy opis oferowanych łóżek wielofunkcyjnych” – zał. nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
2. **Zmieniono termin składania ofert** – ulega zmianie ust. V p.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  
”1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem jak w ust. I SIWZ należy złożyć do dnia **06.08.2008r.**, do godz. **9:00** w Sekretariacie Zamawiającego, tel./fax 0-94-36-71-222”
3. **Zmieniono termin otwarcia ofert** – ulega zmianie ust. VI p.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  
”1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu **06.08.2008r.** o godz. **9:30** w świetlicy znajdującej się w budynku Szpitala (naprzeciwko Izby Przyjęć).”

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

W załączeniu:

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (poprawiona)
1. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (poprawiony)